

Indlægsseddel: Information til patienten

Lung test gas CO/He Linde, Medicinsk gas, komprimeret Kulmonoxide (CO) 0.3 %, helium (He) 9.3%

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Hvis du har yderligere spørgsmål, spørg din læge eller sygeplejerske.
- Tal med lægen eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Hvad Lung test gas CO/He Linde er og hvad det anvendes til.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lung test gas CO/He Linde .
3. Sådan skal du bruge Lung test gas CO/He Linde .
4. Eventuelle bivirkninger.
5. Hvordan Lung test gas CO/He Linde skal opbevares.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Hvad Lung test gas CO/He Linde er og hvad det anvendes til.

Denne medicin er kun til diagnostik af lungefunktion. Lung test gas CO/He Linde bør kun anvendes til patienter, der kan udføre undersøgelsen, uanset alder.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lung test gas CO/He Linde .

Børn og unge

Dette produkt bør anvendes med forsigtighed til børn. Spørg din læge eller sygeplejerske om råd før brug af denne medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller har planer om at få et barn, spørg din læge eller sygeplejerske til råds før du tager denne medicin.

Lung test gas CO/He Linde må kun anvendes under graviditet når det er absolut nødvendigt.

Lung test gas CO/He Linde må anvendes i amme periode men ikke under selve amningen.

3. Sådan skal du bruge Lung test gas CO/He Linde

Lung test gas CO/He Linde bruges kun til at udføre lunge funktionstest. Du skal følge de instruktioner som det personale, der udfører testen, giver dig.

Brug altid denne medicin præcist som din læge har fortalt dig. Spørg din læge eller sygeplejerske hvis du er i tvivl.

Hvis du tager mere Lung test gas CO/He Linde end du skal

Hvis du har taget for meget af produktet kan du få symptomer på for lidt oxygen i blodet, såsom nedsat bevidsthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning og sløret syn, brystmerter, åndenød, svaghed eller andre vage symptomer.

Hvis du oplever nogen af disse symptomer, fortæl øjeblikkeligt sundhedspersonalet det og afbryd yderligere inhalation af Lung test gas CO/He Linde .

Sikkerhedsoplysninger

- Lung test gas CO/He Linde er kun beregnet til medicinsk brug.
- Rygning og åben ild er ikke tilladt i det rum, hvor produktet anvendes.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brug af denne medicin, spørg din læge eller sygeplejerske.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ingen kendte bivirkninger er forbundet med brugen af Lung test gas CO/He Linde .

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, tal med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Hvordan Lung test gas CO/He Linde skal opbevares

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Cylindere opbevares i et aflåst rum reserveret til medicinsk gas.

Må ikke udsættes for stærk varme. Flyttes i sikkerhed ved brand. Håndteres varsomt. Returneres med 5 bars overtryk. Opbevares og transporteres med lukket flaskeventil og ventilbeskyttelse.

Brug ikke Lung test gas CO/He Linde efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Lung test gas CO/He Linde indeholder

- De aktive ingredienser er kulmonoxid (CO) og helium (He).
- Andre ingredienser er oxygen (O₂) og nitrogen (N₂).

Udseende og pakningsstørrelser

Lung test gas CO/He Linde er en farveløs, lugt- og smagsløs gas.

Lægemiddelform: medicinsk gas, komprimeret.

Cylinderens skulder er mærket med lys grøn farve (inert gas). Cylinderens krop er hvid (medicinsk gas).

Pakninger (inklusive materiale) og ventiler:

10 liter aluminium cylinder med shut-off ventil

20 liter aluminium cylinder med shut-off ventil

40 liter aluminium cylinder med shut-off ventil

50 liter aluminium cylinder med shut-off ventil

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Linde Sverige AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sverige

Fremstillere

Linde Gas AB
Baltzar von Platens gata 4-6
749 47 Enköping
Sverige

Linde GmbH
Seitnerstr. 70
82049 Pullach
Tyskland

Fremstillingssted:

Linde GmbH, Betriebsstätte Leuna
Spergauer Straße 1a
06237 Leuna
Tyskland

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V
De Keten 7, 5651 JG te Eindhoven
Holland

Information givet af:

Linde gas A/S, Linde Healthcare
Tlf. 70 104 103

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: iComix
Belgien: Carbon monoxide 0.28%, Helium 9,3 %Linde
Danmark: Lung test gas CO/He Linde
Finland: Lung test gas CO/He Linde
Tyskland: iComix
Island: Lung test gas CO/He Linde
Luxembourg: ICOMIX
Holland: ICOMIX
Portugal: Icomix
Spanien: ICOMIX
Sverige: Lung test gas CO/He Linde

Denne indlægsseddel blev senest ændret den 30 november 2021

Andre informationskilder:

Yderligere information om dette lægemiddel findes på den danske lægemiddelstyrelses webside:
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Den følgende information er kun til sundhedsfagligt personale:

Sikkerhedsoplysninger

- Gasflasken må kun tilsluttes armatur, der er beregnet til medicinsk brug.
- Hold flasken ren og tør og fri for olie og fedt.
- Sluk udstyret når det ikke er i brug.
- I tilfælde af brand – sluk udstyret.
- Tryk regulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.
- Lung test gas CO/He Linde må kun anvendes i rum med god ventilation.
- Når cylinderen er i brug skal den fastspændes på en passende måde.
- Produktet må ikke anvendes ved et tryk under 5 bar. Dette resttryk beskytter cylinderen mod forurening.
- Efter brug skal cylinderventilen lukkes med normal håndkraft. Trykaflast regulatoren eller tilslutning.