

Indlægsseddel: Information til brugeren

Spiolto® Respimat® 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning tiotropium/olodaterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Spiolto Respimat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Spiolto Respimat
3. Sådan skal du tage Spiolto Respimat
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Indhold af Spiolto Respimat

Spiolto Respimat indeholder de to aktive stoffer, **tiotropium** og **olodaterol**, der begge tilhører gruppen af langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemidler. Tiotropium tilhører undergruppen antikolinerge lægemidler. Olodaterol tilhører undergruppen langtidsvirkende beta₂-agonister.

Anvendelse af Spiolto Respimat

Spiolto Respimat hjælper voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ved at lette vejtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen KOL omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem ("for store lunger").

Spiolto Respimat hjælper ved at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret. Regelmæssig brug af Spiolto Respimat kan også hjælpe dig, hvis du har åndenød på grund af din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som sygdommen giver i det daglige.

KOL er en kronisk sygdom, og du skal tage Spiolto Respimat hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Spiolto Respimat

Tag ikke Spiolto Respimat

- hvis du er allergisk over for tiotropium eller olodaterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spiolto Respimat (angivet i afsnit 6).

- hvis du er allergisk over for atropin eller beslægtede stoffer, som f.eks. ipratropium eller oxitropium.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Spiolto Respimat,

- hvis du har astma (du bør ikke tage Spiolto Respimat til behandling af astma)
- hvis du har en hjertesygdom
- hvis du har højt blodtryk
- hvis du har epilepsi
- hvis du har for højt stofskifte (skyldes en særlig tilstand i skjoldbruskkirtlen)
- hvis du har en unormal udposning på en pulsåre (kaldes for et aneurisme)
- hvis du har sukkersyge
- hvis du har alvorlig leversygdom
- hvis du har en nyresygdom
- i tilfælde af en planlagt operation
- hvis du har en øjensygdom, der kaldes for snærvinklet grøn stær
- hvis du har problemer med prostata eller har svært ved at lade vandet.

Under behandling med Spiolto Respimat

Du skal stoppe med at tage lægemidlet, og kontakte lægen med det samme:

- Hvis du, lige efter at du har taget lægemidlet, får trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød. Dette kan være tegn på bronkospasmer, en tilstand hvor luftvejene trækker sig sammen (se afsnit 4).
- Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du får udslæt, hævelser eller kløe (se afsnit 4).
- Hvis du får bivirkninger, der påvirker hjertet (hurtigere puls, forhøjet blodtryk og/eller flere symptomer som f.eks. smerter i brystet) (se afsnit 4).
- Hvis du får muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme, da dette kan skyldes lavt kalium i blodet (se afsnit 4).

Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få øjensmerter eller ubehag, sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af lys eller farver (snærvinklet glaukom).

Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning. Skyl øjnene med rindende vand, stop med at tage Spiolto Respimat og søg straks læge for nærmere vejledning.

Spiolto Respimat er beregnet til vedligeholdelsesbehandling af KOL. **Tag ikke Spiolto Respimat til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning.**

Tag ikke Spiolto Respimat sammen med langtidsvirkende beta-stimulerende lægemiddelstoffer (medicin) som f.eks. salmeterol eller formoterol.

Du kan regelmæssigt tage korttidsvirkende beta-stimulerende midler som f.eks. salbutamol, men kun til at lindre akutte symptomer som åndenød.

Mundtørhed, som er set ved bronkieudvidende medicin (bl.a. antikolinerg behandling), kan på længere sigt give huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.

Tag ikke Spiolto Respimat mere end én gang daglig.

Børn og unge

Spiolto Respimat **bør ikke** gives til **børn eller unge (under 18 år)**.

Brug af anden medicin sammen med Spiolto Respimat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle lægen, hvis du tager:

- visse lægemidler, der ligner Spiolto Respimat (indeholder samme aktive stoffer, som f.eks. antikolinerge lægemidler eller beta-stimulerende midler). Du har måske større risiko for at få bivirkninger.
- lægemidler, der kaldes for betablokkere, og som tages mod for højt blodtryk eller andre hjertelidelser (kan f.eks. være lægemidlet propranolol) eller mod grøn stær (kan f.eks. være lægemidlet timolol). Dette kan gøre, at Spiolto Respimat virker dårligere.
- lægemidler, der nedsætter mængden af kalium i blodet. Disse omfatter:
 - binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon),
 - vanddrivende medicin,
 - lægemidler mod vejtrækningslidelser (f.eks. theophyllin).

Hvis du tager disse lægemidler sammen med Spiolto Respimat, kan du få symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme.

- lægemidler, der kaldes for tricykliske midler mod depression eller MAO-hæmmere (som f.eks. selegilin eller moclobemid), og som bruges til behandling af sygdomme i nervesystemet eller psykiske sygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom eller depression. Brug af disse lægemidler øger risikoen for bivirkninger, der vedrører hjertet.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage dette lægemiddel, medmindre din læge har anbefalet det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. Hvis du føler dig svimmel eller får sløret syn, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

Spiolto Respimat indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,0011 mg benzalkoniumchlorid i hvert pust.

Benzalkoniumchlorid kan forårsage hvæsen og vejtrækningsproblemer (bronkospasmer), især hvis du har astma.

3. Sådan skal du tage Spiolto Respimat

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Spiolto Respimat må kun bruges til inhalation.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Spiolto Respimat skal kun tages **ÉN GANG DAGLIGT** og helst på samme tidspunkt hver dag. Du skal tage TO PUST hver gang. Spiolto Respimat virker i 24 timer.

KOL er en kronisk sygdom, og medicinen skal tages hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis.

Du skal vide, hvordan Respimat inhalatoren til flergangsbrug anvendes korrekt. Brugsanvisningen til Respimat inhalatoren til flergangsbrug findes til sidst i denne indlægsseddel under 'Sådan bruger du Respimat inhalatoren til flergangsbrug'.

Brug til børn og unge

Brug af Spiolto Respimat er ikke relevant for børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for meget Spiolto Respimat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Spiolto Respimat, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du har måske større risiko for at få bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsproblemer, sløret syn, smerter i brystet, højt eller lavt blodtryk, hurtigere eller uregelmæssig hjerterytme eller at du kan føle hjertet banke i brystet, svimmelhed, nervøsitet, søvnbesvær, angst, hovedpine, rysten, muskelkramper, kvalme, træthed, utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan give symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme), højt blodsukker eller for meget syre i blodet (der kan give symptomer som kvalme, opkastning, svaghed, muskelkramper og hurtigere vejrtrækning).

Hvis du har glemt at tage Spiolto Respimat

Hvis du glemmer at tage den daglige dosis (TO PUST ÉN GANG DAGLIGT), skal du blot tage den på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Spiolto Respimat

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at tage Spiolto Respimat. Hvis du stopper med at tage Spiolto Respimat, kan symptomerne på KOL blive forværret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis en af nedenstående bivirkninger forekommer, skal **du stoppe med at tage dette lægemiddel** og straks kontakte lægen.

- Akut allergisk reaktion efter inhalation af Spiolto Respimat ses sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Disse reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som led i en svær allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Dette inkluderer udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt, pludseligt åndedrætsbesvær eller andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed).
- Som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der forekomme en uventet trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation (paradoks bronkospasme). Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data.
- Hvis du har regnbuesyn, dvs. ser en regnbuefarvet ring omkring lys eller farvede billeder i forbindelse med røde øjne (glaukom). Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data.
- Blokering af tarmene eller fravær af afføring (intestinal obstruktion, herunder paralytisk ileus). Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data.

Hyppigheden af mulige bivirkninger defineres på følgende måde:

Almindelig:	kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer
Ikke almindelig:	kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer
Sjælden:	kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer
Ikke kendt:	hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data

Andre mulige bivirkninger:

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

- Hurtigere puls (takykardi)
- Svimmelhed
- Hovedpine
- Hoste
- Hæshed (dysfoni)
- Mundtørhed

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)

- Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren)
- Hurtig puls (supraventrikulær takykardi)
- Hjertebanken (palpitationer)
- Højt blodtryk (hypertension)
- Besvær med at lade vandet (urinretention)
- Urinvejsinfektioner
- Smerter ved vandladning (dysuri)
- Ondt i halsen (pharyngitis)
- Betændelse i strubehovedet (laryngitis)
- Betændelse i tandkødet (gingivit)
- Betændelse i munden (stomatit)
- Svampeinfektioner i mund og svælg (orofaryngeal irritation)
- Næseblod (epistaxis)
- Søvnbesvær (insomni)
- Sløret syn
- Trykken for brystet ledsaget af hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller kortåndethed lige efter en inhalation (bronkospasme)
- Forstoppelse
- Kvalme
- Kløe (pruritus)
- Ondt i leddene (artralgi)
- Hævelse af leddene
- Ondt i ryggen

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data)

- Forhøjet tryk i øjet
- Irritation i næse og svælg
- Betændelse i bihulerne (sinusitis)
- Synkebesvær (dysfagi)
- Betændelse i tungen (glossitis)
- Halsbrand
- Huller i tænderne
- Hudinfektioner eller sår på huden
- Tør hud
- Væskemangel (dehydrering)

Du kan også få bivirkninger, der er velkendte ved brug af visse lægemidler af samme slags som Spiolto Respimat, og som tages mod vejrtrækningslidelser (beta-stimulerende midler). Disse bivirkninger kan være uregelmæssig puls, smerter i brystet, lavt blodtryk, rysten, nervøsitet, muskelkrampe, træthed, utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan give symptomer som muskelkrampe, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme), højt blodsukker eller for meget syre i blodet (der kan give symptomer som kvalme, opkastning, svaghed, muskelkrampe og hurtigere vejrtrækning).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke Spiolto Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og patronen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke fryses.

Opbevaringstid efter ibrugtagning:

Skift patronen senest 3 måneder efter ibrugtagning.

Brug ikke Respimat inhalatoren til flergangsbrug, i mere end et år.

Anbefalet brug: 6 patroner per inhalator.

Bemærk: Funktionen af Respimat inhalatoren til flergangsbrug er påvist i test til 540 pust (hvilket svarer til 9 patroner).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spiolto Respimat indeholder

- Aktive stoffer: **tiotropium** og **olodaterol**. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) og 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) ved hvert pust. Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem mundstykket.
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, rensset vand og saltsyre til justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Spiolto Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation, og en Respimat inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang.

Tredobbelt pakning: 1 Respimat inhalator til flergangsbrug og 3 patroner med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) i hver.

Tredobbelt refill-pakning: 3 patroner med medicin til 60 pust (30 dagsdoser) i hver.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Importør

Medartuum AB, Göteborg, Sverige

Producent

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Tyskland

Ompakket og frigivet af

New Neopharm B.V., Wismarweg 22 a, Groningen, 9723 HB, Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2024

Sådan bruger du Respimat inhalatoren til flergangsbrug

Respimat er en inhalator, der genererer en spray til inhalation. Inhalatoren er til dig personligt. En patron leverer flere doser. Respimat inhalatoren til flergangsbrug giver mulighed for at udskifte patronen og kan benyttes med op til 6 patroner.

Læs denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Spiolto Respimat.

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG DAGLIGT. Hver gang tages TO PUST.



- Hvis du ikke har brugt Spiolto Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et pust ned mod gulvet.
- Hvis du ikke har brugt Spiolto Respimat i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der ses en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.

Rengøring af Respimat inhalatoren til flergangsbrug

Rengør mundstykket inkl. metaldysen med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen.

Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke noget for anvendelsen af Respimat inhalatoren.

Tør ydersiden af Respimat inhalatoren med en fugtig klud, hvis nødvendigt.

Hvornår er det nødvendigt med en ny inhalator

Når du har brugt en inhalator sammen med 6 patroner, skal du anskaffe dig en ny pakning Spiolto Respimat med en inhalator.



Klargøring

1. Tag det klare bundstykke af

- Hold låget lukket.
- Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække det klare bundstykke af.



2. Indsæt patron

- Sæt patronen ind i inhalatoren.
- Placer inhalatoren på et fast underlag og tryk ned indtil patronen klikkes på plads.



3. Markér antallet af patroner og sæt det klare bundstykke på igen

- Markér på inhalatorens etiket, når du har taget en ny patron i brug.
- Sæt det klare bundstykke på, så det siger klik.



4. Drej • Hold låget lukket. • Drej det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang).	
5. Åbn • Åbn låget og bøj det helt ud til siden.	
6. Tryk • Hold inhalatoren, så den peger ned mod gulvet. • Tryk på udløserknappen. • Luk låget igen. • Gentag trin 4-6, indtil der ses en medicinsky. • Når der ses en medicinsky, gentages trin 4-6 yderligere tre gange. Nu er inhalatoren klar til brug og vil give 60 pust (30 doser).	

Daglig brug

DREJ • Hold låget lukket. • DREJ det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang).	
--	--

ÅBN • ÅBN låget og bøj det helt ud til siden.	
TRYK • Pust langsomt helt ud. • Slut læberne tæt omkring mundstykket uden at blokere for lufthullerne. Inhalatoren skal pege mod den bagerste del af mundhulen. • Start en langsom indånding gennem munden og TRYK samtidig på udløserknappen. Bliv ved med at trække vejret langsomt ind gennem munden, så længe du kan. • Hold vejret i 10 sekunder eller så længe som muligt. • Gentag DREJ, ÅBN, TRYK, så du får 2 pust. • Luk låget og lad det være lukket, indtil du skal bruge inhalatoren igen.	

Hvornår skal Spiolto Respimat patronen udskiftes

Dosisindikatoren viser hvor mange pust der er tilbage i patronen.



60 pust tilbage.



Mindre end 10 pust tilbage. Anskaf en ny patron.



Din patron er brugt op. Drej det klare bundstykke for at løsne det. Inhalatoren er nu i låst position. Træk patronen ud af inhalatoren. Indsæt en ny patron indtil der høres et klik (se trin 2). Den nye patron vil stikke en smule mere ud end den første patron gjorde (fortsat med trin 3). Husk at sætte det klare bundstykke på plads for at låse inhalatoren op. Ofte stillede spørgsmål og svar

Det er svært at sætte patronen helt ind

Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen? Åbn låget, tryk på udløserknappen og indsæt så patronen.

Er du ved at udskifte patronen? Den nye patron vil stikke en smule mere ud end den første patron

gjorde. Tryk patronen ind, indtil du hører et klik, sæt derefter det klare bundstykke på.

Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind

Har du sat det klare bundstykke på? Hvis ikke, så sæt det klare bundstykke på plads for at låse inhalatoren op. Respimat inhalatoren virker kun hvis det klare bundstykke er sat på plads.

Har du drejet det klare bundstykke? Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en halv omgang).

Viser dosisindikatoren på patronen en hvid pil på en rød baggrund? Patronen er brugt op. Indsæt en ny patron og sæt det klare bundstykke på igen.

Det er svært at fjerne patronen efter den er brugt op

Træk og drej patronen på samme tid.

Jeg kan ikke dreje eller sætte det klare bundstykke på plads

Er det klare bundstykke løst og viser dosisindikatoren på patronen en hvid pil på en rød baggrund? Patronen er brugt op. Indsæt en ny patron.

Har du allerede drejet bundstykket? Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene ”ÅBN” og ”TRYK” under ”Daglig brug” for at udløse din medicin.

Min Spiolto Respimat er blevet brugt op for hurtigt

Har du brugt Spiolto Respimat som anført (to pust/en gang om dagen)? Hver patron holder i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen.

Har du ofte udløst doser ud i luften for at tjekke om din Spiolto Respimat virker? Når først Spiolto Respimat inhalatoren er klargjort, er det ikke nødvendigt at teste den, hvis den anvendes dagligt.

Har du taget det klare bundstykke af og på flere gange? Det klare bundstykke må ikke fjernes før patronen er brugt op. Hver gang du tager det klare bundstykke af uden at skifte patronen, så vil dosisindikatoren tælle det som et pust, og tilbageværende antal doser vil blive reduceret.

Min Spiolto Respimat afgiver ingen medicinsky

Har du indsat en patron? Hvis ikke, indsæt en patron. Når Spiolto Respimat er samlet, må du ikke fjerne det klare bundstykke eller patronen, før patronen er tom.

Har du gentaget DREJ, ÅBN, TRYK færre end tre gange efter du indsatte en patron? Gentag DREJ, ÅBN, TRYK tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under ”Klargøring”.

Viser dosis-indikatoren på patronen en hvid pil på en rød baggrund? Patronen er brugt op. Indsæt en ny.

Min Spiolto Respimat afgiver medicinsky af sig selv

Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke? Luk låget og drej derefter det klare bundstykke.

Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke? Luk låget så udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke.

Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik? Drej det klare bundstykke i en vedvarende bevægelse, indtil det siger klik (en halv omgang). Dosisindikatoren vil tælle hvert ufuldstændigt drej og tilbageværende antal doser vil blive reduceret.

Var låget åbent, da du udskiftede patronen? Luk låget, udskift derefter patronen.